



Oxi-Techs

8978 Bainbridge Place, Stockton, CA 95209

Tel: (877) 242-0291 Fax: (209) 474-1565

INSTRUCCIONES SOBRE EL NIVEL DE OXÍGENO PARA LA PRUEBA NOCTURNA Using GE Ohmeda TruSat

Su prescripción médica ordena la oximetría nocturna para medir el nivel de oxígeno y frecuencia cardíaca durante el sueño.

Tenga en cuenta que su médico ha solicitado que la prueba se lleve a cabo con el equipo de oxígeno del paciente.

Antes de iniciar la prueba, ajuste el equipo de oxígeno a _____ litros por minuto (LPM).

PASO 1: AJUSTAR

1. Limpie sus uñas para remover cualquier tipo de productos cosméticos.
2. Asegúrese de que el cable esté correctamente enchufado.



3. Introduzca el dedo hasta el fondo del sensor y apoye el cable sobre el nudillo. No debe utilizar el dedo pulgar.

PASO 2: INICIAR LA PRUEBA

1. Encienda el oxímetro con el botón blanco en la esquina inferior izquierda del frente del oxímetro.



2. En PATIENT INFORMATION, introduzca la fecha y hora de inicio de la prueba.

PASO 3: DORMIR

- Acuéstese.
- Deje encendido el oxímetro durante toda la noche.
- Procure que el oxímetro esté bien sujeto para que no caiga al suelo.
- Puede cambiar de dedo cuando el sensor le cause irritación.

PASO 4: TERMINAR LA PRUEBA

1. Cuando se despierte a la mañana siguiente, apague el oxímetro manteniendo presionado el botón blanco en la esquina inferior izquierda del frente del oxímetro hasta que no se vean datos en el visor.



2. Retire el dedo del sensor.
3. En PATIENT INFORMATION, registre la fecha y hora en que haya terminado la prueba.

IMPORTANTE: Complete todos los formularios que se le hayan dado y entréguelos cuando el repartidor pase a recoger el equipo.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES SOBRE LA PRUEBA.